

FICHE DE SYNTHESE DU DISPOSITIF : Atomisor Box + / Atomisor NL9M

Fabricant : La Diffusion Technique Française (DTF)
Distributeur : La Diffusion Technique Française (DTF)



ESSAIS REALISES EN : Octobre 2002
CENTRE D'EVALUATION : EMI-U 00-10 Tours
 (Daniel Grimbert)

CARACTERISTIQUES GENERALES DU COMPRESSEUR

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| - Encombrement (L x l x h - cm) : | <u>36</u> <u>25</u> <u>15</u> | - Masse (kg) : | <u>3</u> , <u>7</u> <u>0</u> |
| - Tension d'alimentation (V) : | 230 | - Niveau sonore (db) : | Non mesuré |
| - Batteries internes (O/N) : | N | - Autonomie batteries (mn) : | - |
| - Type de compresseur : | Membrane | - Débit max compresseur (l/mn) : | - |
| - Pression max compresseur (bar) : | 1 | - Paramètre(s) réglable(s) : | Aucun |
| - Mode de production aérosol : | Continu | - Option(s) : | - |
| - Alarme(s) : | Aucune | | |

CARACTERISTIQUES GENERALES DU NEBULISEUR ASSOCIE

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| - Modèle / type : | NL9M | - Fournisseur : | DTF |
| - Usage préconisé : | Différent selon type* | - Capacité (ml) : | 2 à 8 |
| - Système double venturi (O/N) : | O | - Caractéristique(s) : | - |

* Usage unique, durable

ASPECT GENERAL ET ERGONOMIE DU DISPOSITIF COMPLET

Maniabilité

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - Remplissage du nébuliseur * : | <u>3</u> |
| - Mise en fonctionnement * : | <u>3</u> |
| - Nettoyage * : | <u>2</u> |
| - Transport * : | <u>3</u> |

Confort pendant la séance

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Intensité sonore du dispositif * : | <u>4</u> |
| - Prise en main du nébuliseur * : | <u>3</u> |
| - Mise en bouche du nébuliseur * : | <u>4</u> |
| - Temps de nébulisation * : | <u>3</u> |

Aspect extérieur

- | | |
|----------------|----------|
| - Couleur * : | <u>3</u> |
| - Forme * : | <u>3</u> |
| - Matériau * : | <u>3</u> |

Encombrement

- | | |
|--------------|----------|
| - Volume * : | <u>3</u> |
| - Poids * : | <u>3</u> |

* 0 : pas bon - 4 : très bon

PERFORMANCES DU COUPLE NEBULISEUR / COMPRESSEUR

- Pression en service (bar) :

0.75

- Débit en service (l/mn) :



-

Résultats masse inhalable

	masse inhalée / masse exhalée	Débit d'aérosol (ml / mn)	Volume résiduel (ml)	Fraction inhalée (%)	Temps de nébulisation
Moyenne	1.9	0.12	1.0	25	4' 36"
Ecart type	0.2	0.01	0.0	1	0' 17"

Résultats granulométriques

	MMAD (μm)	0.5 μm < % < 3 μm (%)	2 μm < % < 6 μm (%)	5 μm < % (%)
Moyenne	3.9	36	57	37
Ecart type	0.1	1	2	1



APPRECIATION - OBSERVATION

Bon dispositif dans l'ensemble. Le compresseur Atomisor Box +® connecté au nébuliseur Atomisor NL9M®, génère à partir d'un volume de 2 ml de solution, 25 % \pm 1 % de la charge en 4 min 36 sec \pm 17 sec. L'aérosol produit est caractérisé par un MMAD de 3.9 μm \pm 0.1 μm avec 63 % de particules inférieures à 5 μm .

RAPPEL DES PRINCIPES DU PROTOCOLE D'EVALUATION TECHNIQUE (version de 01/2002)

Phase 1 :

Les performances du couple nébuliseur-compresseur à étudier sont à évaluer selon un protocole préliminaire rapide. La granulométrie est déterminée par diffraction laser (Mastersizer-X) et le débit d'aérosol par gravimétrie. Les essais sont menés sur 3 couples identiques nébuliseur / compresseur.

Phase 2 :

Les performances du couple nébuliseur-compresseur sont à évaluer selon la norme CEN TC215WG2. La granulométrie est déterminée par une méthode d'impaction en cascade et la masse inhalable (masse de médicament que le patient est susceptible d'inhaler) est déterminée par une méthode de filtration. Les essais sont menés sur 3 couples identiques testés en duplicat avec 2 ml d'une solution de référence. L'aspect général et l'ergonomie sont évalués par l'équipe en charge des tests.